

Č. j.: SsmP 2774/2025/2074/RP

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Dodávka zdravotnicko-hygienické techniky pro DpS U Kostelíčka“

1. Specifikace zadavatele

Zadavatelem veřejné zakázky:

Sociální služby města Pardubic

sídlo: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice

IČ: 75090970, DIČ: CZ75090970

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka zdravotnicko-hygienického vybavení – 2x elektrická vana, 3x myčka podložních mís a močových lahví a 3x sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob, a to včetně příslušenství, dopravy, demontáže stávajících zařízení, ustavení – montáže nových zařízení a jejich uvedení do provozu společně s proškolením obsluhujícího personálu. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v „**Příloze č. 1 ZD – Specifikace a cena**“ této zadávací dokumentace.

(V případě, že účastník zjistí, že specifikace zakázky není zcela jasná nebo obsahuje chyby, musí se ihned obrátit na zadavatele, resp. kontaktní osobu zadavatelem uvedenou.)

3. Požadovaný termín plnění zakázky

Požadovaný termín ukončení díla vybraným účastníkem je nejpozději do: **30.1.2026**.

Podáním nabídky účastník akceptuje tento výše uvedený termín a potvrzuje jeho splnění.

Uvedené termíny plnění mohou být následně změněny pouze z důvodů na straně zadavatele nebo zadavatelem odsouhlasených překážek v realizaci zakázky, které nešlo předem předpokládat.

4. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **1 750 000,- Kč bez DPH**.

5. Místo plnění

Místem plnění předmětu veřejné zakázky bude zařízení Sociálních služeb města Pardubic: **DpS U Kostelíčka, Štrossova 357, 530 03 Pardubice.**

6. Nabídková cena

Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění zakázky, včetně všech poplatků, nákladů a veškerých dalších nákladů s plněním zakázky souvisejících, včetně zaškolení obsluhy. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním zakázky, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do doby ukončení plnění předmětu zakázky a musí být vztažena k předpokládané době plnění.

Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a bude zpracována do tabulky v českých korunách (Kč) jako cena bez DPH v „**Příloze č. 1 ZD – Specifikace a cena**“ (žlutě označené pole).

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu realizované zakázky. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena po dobu trvání smlouvy měněna.

Veškeré náklady na zpracování a předložení nabídky jsou k tíži účastníka.

7. Požadavky na zpracování nabídky

Dokumenty prokazující splnění požadavků stanovených zadavatelem (tj. předpoklady dodavatele k plnění veřejné zakázky) předloží účastník jako součást své nabídky.

Účastník ve své nabídce předkládá pouze ty z dokumentů, které jsou v níže uvedené tabulce označeny v pravém sloupci slovem „ANO“.

Podmínkou pro zpracování a podání nabídky je nutné si vyžádat požadované dokumenty u zadavatele v editovatelné podobě.

Požadované dokumenty:	
a) oprávnění k podnikání dle předmětu zakázky (např. výpis z živnostenského rejstříku)	ANO
b) výpis z obchodního rejstříku, případně výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je-li v něm dodavatel zapsán	ANO
c) doklad o pojištění odpovědnosti za způsobené škody na částku minimálně ve výši Kč	NE
d) nabídková cena podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka, v případě elektronického podání bude uvedeno jméno a kontakt na oprávněnou osobu účastníka (Příloha č. 1 ZD – Specifikace a cena)	ANO
e) technické listy k předmětu plnění	ANO

f) podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo zadavatele v souladu s podmínkami zadání	ANO
---	-----

Požadované dokumenty mohou být doloženy v prosté kopii. Zadavatel má právo v případě pochybností požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokumentu.

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude kompletně zpracována v českém jazyce. Pokud účastník jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka (to neplatí v případě dokumentů ve slovenském jazyce). Účastník může k nabídce přiložit prospekty a obdobné materiály sloužící pro informaci zadavatele, které nejsou povinnými doklady přikládanými k nabídce, a to i v jiném než českém jazyce. Nabídka musí být dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

8. Ostatní požadavky zadavatele

a) Zadavatel požaduje vyplnění tabulky v „**Příloze č. 1 ZD – Specifikace a cena**“ – (žlutě označená pole).

b) Zadavatel požaduje uvedení **kódu CZ-CPA** za účelem správného zařazení do účetnictví organizace (kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce "CZ-CPA") v „**Příloze č. 1 ZD – Specifikace a cena**“ – (žlutě označená pole).

c) Zadavatel požaduje doložení **technických listů** k plnění, které je předmětem nabídky dodavatele.

d) Zadavatel požaduje, aby uchazeči v nabídce předložili dokumenty dle závazného vzoru zadavatele (viz Příloha č. 1 ZD – Specifikace a cena). V případě, že uchazeč nemá tyto závazné vzory v editovatelné podobě k dispozici, vyžádá si u zadavatele jejich zaslání (viz bod 7 ZD).

e) Zadavatel požaduje dodržení příslušného označení podávané nabídky v předmětu datové zprávy z důvodu přehlednosti administrace řízení (viz bod 9 ZD).

Zadavatel důrazně upozorňuje uchazeče, že v případě, kdy nabídka uchazeče nebude splňovat požadavky zadavatele na formu zpracování nabídky, včetně předložení řádně vyplněných závazných dokumentů uvedených v této zadávací dokumentaci (a jejich přílohách), může takové nesplnění požadavků na zpracování nabídky mít za následek vyloučení účastníka z výběrového řízení.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Dodavatel předloží zadavateli svoji nabídku pouze v elektronické formě včetně požadovaných dokumentů prokazujících splnění zadavatelem stanovených kritérií, nejpozději do:

dne 24.10. 2025, 10:00 hod.

Nabídka včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení musí být do uvedené doby doručena v elektronické formě **pouze do datové schránky ID: 9hzk7z6**.

V předmětu datové zprávy podávané nabídky musí být uvedeno „**VŘ_SsmP_2774/2025/2074/RP_Dodávka zdravotnicko-hygienické techniky pro DpS U Kostelíčka**“.

Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě, nebudou otevírány a zadavatel o jejich pozdním podání vyrozumí účastníka. Rozhodující je datum a čas doručení nabídky zadavateli do datové schránky.

10. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena **podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.**

Nabídky účastníků zadávacího řízení budou seřazeny dle nabídkových cen. Nabídková cena je minimalizačním typem hodnotícího kritéria, tzn., že nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Za vybraného dodavatele bude zadavatelem považován účastník zadávacího řízení, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky.

11. Obchodní a platební podmínky

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem.

12. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení bez uvedení důvodů do doby uzavření smlouvy nebo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

13. Kontaktní osoby

Bližší informace k této veřejné zakázce poskytne Roman Plžík, tel: 602 485 221, e-mail: roman.plzik@ssmpce.cz, Radek Křížek, tel: 734 794 597, e-mail: radek.krizek@ssmpce.cz.

14. Jiné informace důležité pro podání nabídek

Dodavatelé nemohou navrhnout varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny, popř. upravení podmínek ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci. O případných změnách, popř. úpravách, budou neprodleně informováni všichni účastníci formou datové zprávy. V případě, že budou výzva a zadávací dokumentace zveřejněny na internetových stránkách zadavatele, budou změny, popř. úpravy zveřejněny stejným způsobem.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit případný předložený návrh smlouvy dle právních a obchodních zvyklostí zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, případně následně neuzavřít smlouvu, pokud by nedošlo k dohodě na všech smluvních podmínkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům podané nabídky.

Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.

Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel informuje účastníka o skutečnosti, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V Pardubicích dne 9.10. 2025

.....
Sociální služby města Pardubic

(jméno, příjmení)

Příloha č. 1 ZD - Specifikace a cena

K zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

"Dodávka zdravotnicko-hygienické techniky pro DpS U Kostelíčka"

Položka č. 1

ELEKTRICKÁ VANA - minimální požadavky		ANO/NE
1.	Výškové nastavení pro snadný a bezpečný přístup do vany a také pro nastavení správné pracovní výšky vany pro obsluhu - ošetřující personál	
2.	Elektricky nastavitelná výška, rozsah zdvihu min. 500 mm	
3.	Materiál hladký polyester zesílený, povrch s pryskyřičným povlakem bez pórů	
4.	Konzolový typ vany (tubus vany je upevněn pouze na jedné straně, druhá strana tubusu je zcela volná a přístupná ze všech stran)	
5.	Ergonomický tvar vany rozšířený v tělové části, umožňující obsluze otáčet klienty na bok a provádět pohodlně koupel zad	
6.	Tvarovaný okraj vany je zároveň madlem pro snadné uchopení klientem po celém obvodu	
7.	Bez vnitřních madel	
8.	Podložka pod hlavu s přísavkami	
9.	Odnímatelná opěrka nohou, kterou lze snadno nastavit min. do 4 poloh, umožňujících bezpečnou a pohodlnou koupel osobám různé výšky	
10.	Dotekový ovládací a mixážní panel	
11.	Napouštění vany na předvolenou hladinu vody s předem nastavenou teplotou	
12.	Automatické hlídání teploty napouštěné vody termostatickým směšovačem	
13.	Sprcha s pistolovým uzávěrem	
14.	Možnost volby umístění sprchy na levé či pravé straně nebo na obou stranách panelu	
15.	Čistící dezinfekční sprcha s průtokoměrem pro míchání dezinfekčního roztoku s vodou umožňující dezinfekci vany po každé koupeli	
16.	Automatické hlídání dezinfekce: pokud je ve vaně voda nelze spustit dezinfekci, pokud není provedena dezinfekce po vypuštění vany, prázdnou vanu nelze naplnit	
17.	Rukojeť s hadicí dezinfekční sprchy bezpečně uložena pod krytem, aby omylem nedošlo k záměně za běžnou sprchu	
18.	Zajištěný kryt zabraňující neoprávněnému přístupu k nádobě s dezinfekčním roztokem	
19.	Max. rozměr 2350 x 1000 mm (panel + tubus)	
20.	Doprava, demontáž stávajících zařízení, ustavení - montáž nových zařízení, uvedení do provozu a proškolení obsluhy zahrnuto v ceně nabízeného produktu	
21.	Kód klasifikace produktu CZ-CPA	

Položka č. 2

MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS A MOČOVÝCH LAHVÍ - minimální požadavky		ANO/NE
1.	Fixní a rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění	
2.	Systém zajišťující úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu	
3.	Bezpečná a rychlá termální dezinfekce nádob parou přiváděnou do komory	
4.	Splňuje ČSN EN ISO 15883-1 (847150)	
5.	Hladká hygienická komora bez svárů, záhybů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a bakterií	
6.	Minimálně dva programy: jeden pro močové lahve a jeden pro podložní mísy nebo toaletní nádoby	
7.	Zamčená komora během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování	
8.	Sušení a zchlazení horkých toaletních nádob vestavěným ventilátorem s Hepa filtrací vzduchu (H13) odstraňující možnou bakteriální kontaminaci	
9.	Výška max. 1500 mm	
10.	Šířka max. 450 mm	
11.	Hloubka max. 600 mm	
12.	Úroveň hluku max. 56 Db	
13.	Doprava, demontáž stávajících zařízení, ustavení - montáž nových zařízení, uvedení do provozu a proškolení obsluhy zahrnuto v ceně nabízeného produktu	
14.	Kód klasifikace produktu CZ-CPA	

Položka č. 3

SPRCHOVÉ LŮŽKO PRO HYGIENU ZCELA IMOBILNÍCH OSOB - minimální požadavky		ANO/NE
1.	Elektricky ovládané nastavení výšky	
2.	Elektricky ovládané nastavení zádového dílu s rozsahem sklonu minimálně od 1° do 15°	
3.	Bezpečné pracovní zatížení (pacient / klient + voda) minimálně 200 kg	
4.	Sloupový zdvih	
5.	Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz	
6.	Nabíječka baterií	
7.	Integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka	
8.	Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka maximálně na 900 mm	
9.	Pojistky postranic - automatické zajištění postranic po uvedení do horní polohy	
10.	Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta	
11.	Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody	
12.	“Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku	

13.	Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování	
14.	Integrované držáky rukojeti sprchy	
15.	Dělená odpadní hadice o průměru minim. 40 mm a délky minim. 1000 mm	
16.	Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno odstranitelná, obsahující kanálky pro lepší odvod vody do odpadu a zátku odpadu	
17.	Měkký podhlavník	
18.	4 kolečka s průměrem 125 mm, všechna bržděná - 2 kolečka s aretací směru	
19.	Funkce nouzového vypnutí	
20.	Indikátor nízkého napětí baterie	
21.	Výškový rozsah zdvihu minimálně 330 mm	
22.	Celková maximální šířka vč. postranic - vztyčené 760 mm - sklopené 900 mm	
23.	Celková délka minimálně 2000 mm - maximálně 2100 mm	
24.	Doprava, demontáž stávajících zařízení, ustavení - montáž nových zařízení, uvedení do provozu a proškolení obsluhy zahrnuto v ceně nabízeného produktu	
25.	Kód klasifikace produktu CZ-CPA	

Položka		Název - typ	MJ / ks	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	ELEKTRICKÁ VANA		2		0,00 Kč
2	MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS A MOČOVÝCH LAHVÍ		3		0,00 Kč
3	SPRCHOVÉ LŮŽKO PRO HYGIENU ZCELA IMOBILNÍCH OSOB		3		0,00 Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH					0,00 Kč

Datum:	
Jméno a příjmení:	
Razítko a podpis:	